


2018.09.高分子科学与工程学院实验室安全与环保检查情况汇总表

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	即时整改图片
高材系	主楼415	实验结束时，切断电源（有特殊用电要求的除外）	电吹风使用完毕未拔	已当场整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	即时整改图片
高材系	附楼113	实验结束时，切断电源（有特殊用电要求的除外）	电吹风使用完毕未拔	已当场整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	即时整改图片
	西四教304B	实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位（整洁卫生有序）	桌面药品摆放混乱	已提醒		
高材系	西四教427	实验室消防通道通畅，公共场所、通道不堆放仪器、物品（消防通道通畅）	走廊堆放未使用仪器设备	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	即时整改图片
生医系	主楼313	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象	实验室无人值守	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	即时整改图片
生医系	主楼315	实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁	实验室物品摆放杂乱	已提醒		
	西四教320C	实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	纸板箱、玻璃试剂瓶长期堆放	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	即时整改图片
生医系	西四教 428	1: 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场）	1: 通过插板接通冻干机电源	1: 已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	即时整改图片
		2: 实验结束时, 切断电源 (有特殊用电要求的除外)	2: 吹风机用完未拔线	2: 当即整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	即时整改图片
加工系	主楼407	实验室卫生状况良好，物品摆放有序；实验完毕物品归位，桌面整洁	箱子杂物未清理	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	即时整改图片
	西四教 230	实验室无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）长期堆放	东西乱堆放	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
高材系	附楼 113	实验室物品摆放有序, 卫生状况良好;	垃圾未及时清理, 物品摆放杂乱	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
高材系	主楼 312	实验操作人员实验时不脱岗；实验室不存在门开着而无人到场现象	实验室无人值守	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
	纺工楼 A407	实验室物料保存必须有专人管理，并有动态台账，且账物相符。	冰箱上未张贴药品清单	已提醒		


所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
高材系	纺工楼 A307	实验操作人员实验时不脱岗; 实验室不存在门开着而无人到场现象	实验室无人值守	已提醒		
	西四教 304B	实验室物品摆放有序, 卫生状况良好; 实验完毕物品归位(整洁卫生有序)	桌面药品摆放混乱	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
高材系	西四教 204	实验室物品摆放有序, 卫生状况良好; 实验完毕物品归位(整洁卫生有序)	纸箱随意摆放	已提醒		
	西四教 427	实验室消防通道通畅, 公共场所、通道不堆放仪器、物品(消防通道通畅)	走廊堆放未使用仪器设备	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片	
高材系	西四教421	实验室物品摆放有序, 卫生状况良好; 实验完毕物品归位(整洁卫生有序)	纸箱随意摆放	已提醒			
	西四教403B	大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接线板), 用电负荷满足要求; 长期不用时, 应切断电源(查看现场)	电吹风用完未拔掉电源	已提醒并当场整改		整改前	整改后
							


所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
生医系	主楼313	实验操作人员实验时不脱岗;实验室不存在门开着而无人在场现象	实验室无人值守	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
	附楼311	实验结束时,切断电源(有特殊用电要求的除外)	电吹风使用完毕未拔	已提醒并当场整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
生医系	主楼315	实验室卫生状况良好,物品摆放有序;实验完毕物品归位,桌面整洁	实验室物品摆放杂乱	已整改		
	西四教320C	实验室无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)长期堆放	纸板箱、玻璃试剂瓶长期堆放	部分整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
生医系	西四教428	大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接线板),用电负荷满足要求;长期不用时,应切断电源(查看现场)	通过插板接通冻干机电源	已提醒(第二次)		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
	西四教415C	大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接线板),用电负荷满足要求;长期不用时,应切断电源(查看现场)	烘箱电源使用接线板	已提醒		
生医系	逸夫楼405	实验室无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)长期堆放	报废仪器长期堆放	已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
加工系	主楼407	实验室卫生状况良好,物品摆放有序;实验完毕物品归位,桌面整洁	箱子杂物未清理	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片	
加工系	西四教230	实验室无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)长期堆放	东西乱堆放	已整改			
	西四教202	大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接线板), 用电负荷	电吹风使用完毕未拔	已提醒并当场整改		整改前	整改后

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.06 检查图片	09.14 检查图片
		满足要求;长期不用时,应切断电源(查看现场)				
所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.21 检查图片

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.21 检查图片
高材系	附楼 113	实验室物品摆放有序,卫生状况良好;	垃圾未及时清理,物品摆放杂乱	已整改		
高材系	主楼 312	实验操作人员实验时不脱岗;实验室不存在门开着而无人现象	实验室无人值守	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.21 检查图片	
	西四教417B	大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接线板),用电负荷满足要求;长期不用时,应切断电源(查看现场)	(1)电吹风不能使用插线板;(2)电吹风用完未拔掉电源	已提醒并当场整改		整改前	整改后
							

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.21 检查图片
高材系	西四教204	实验室物品摆放有序, 卫生状况良好; 实验完毕物品归位(整洁卫生有序)	纸箱随意摆放	已提醒 (第二次)		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.21 检查图片	
高材系	西四教421	实验室物品摆放有序, 卫生状况良好; 实验完毕物品归位(整洁卫生有序)	纸箱随意摆放	已提醒 (第二次)			
	主楼415	大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接	(1) 电吹风不能使用插线板; (2) 电	已提醒并当场整改		整改前	整改后


所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.21 检查图片	
		<p>线板)，用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场</p>	<p>吹风用完未拔掉电源</p>				
生医系	主楼 315	<p>大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源（查看现场</p>	<p>电吹风用完未拔掉电源</p>	<p>已提醒并当场整改</p>		<p>整改前</p> 	<p>整改后</p> 

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.21 检查图片
	西四教320C	实验室无废弃物(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)长期堆放	纸板箱、玻璃试剂瓶长期堆放	已整改		
生医系	西四教428	大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接线板), 用电负荷满足要求; 长期不用时, 应切断电源(查看现场)	通过插板接通冻干机电源	已整改		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.21 检查图片
	西四教415C	大功率仪器(包括空调等)使用专用插座(不可使用接线板),用电负荷满足要求;长期不用时,应切断电源(查看现场)	烘箱电源使用接线板	已整改		
生医系	逸夫楼405	1.实验室无废弃物(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)长期堆放 2.实验室物品摆放有序,卫生状况	1.报废仪器长期堆放 2.实验室物品乱放	1.已提醒(第二次) 2.已提醒		

所属系	楼名/房间	实验室安全与环保评估指标	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.21 检查图片
		良好; 实验完毕物品归位(整洁卫生有序)				
	西四教403B	实验操作人员实验时不脱岗; 实验室不存在门开着而无人在场现象	实验室开门而无人值守	已提醒		

所属系	楼名/房间	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.28 检查图片
高材系	西四教 420	使用插线板连接多个设备，超出最大应用负荷	已提醒		

所属系	楼名/房间	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.28 检查图片
高材系	西四教 423	实验室开门而无人值守	已提醒		

所属系	楼名/房间	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.28 检查图片	
	西四教 304B	实验室物品摆放杂乱	已提醒			
高材系	主楼 415	电吹风使用完未及时 拔掉电源	已提醒并当 场整改		整改前	整改后

所属系	楼名/房间	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.28 检查图片
					
		实验室无人值守	已提醒		

所属系	楼名/房间	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.28 检查图片
高材系	西四教 204	纸箱随意摆放	已整改		
		使用插线板连接多个设备，超出最大应用负荷	已整改		

所属系	楼名/房间	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.28 检查图片
高材系	西四教 421	纸箱随意摆放	已整改		

所属系	楼名/房间	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.28 检查图片
生医系	西四教 428	走廊堆放未使用支架	已整改		

所属系	楼名/房间	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.28 检查图片
生医系	主楼 313	实验室开门无人值守	已提醒		
生医系	逸夫楼 405	报废仪器长期堆放	已整改		

所属系	楼名/房间	安全隐患	整改情况	09.14 检查图片	09.28 检查图片
	西四教 403B	实验室开门而无人值守	已提醒		